ASCENTIZ
Guide d' utilisation sécuritaire

Avertissement

Lisez attentivement ce manuel et toute la documentation produit jointe avant d' utiliser ce produit. Conservez tous les documents pour référence future.

Une utilisation incorrecte ou le non-respect des instructions fournies peut entraîner des blessures corporelles graves pour vous ou autrui, ainsi que des dommages au produit et à d' autres biens.

En utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté l' intégralité des termes et contenus du présent manuel. Vous assumez l' entière responsabilité de vos opérations et de toutes les conséquences en découlant. Ascentiz décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d' une utilisation non conforme du produit.

⚠AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS DU PRÉSENT MANUEL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU UN FONCTIONNEMENT INCORRECT DU PRODUIT.

Ce produit contient des composants électroniques hautement sensibles (y compris des batteries lithium-ion). Une manipulation incorrecte peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.

§ 1 Avant utilisation

1.1 Exigences générales

⚠AVERTISSEMENT

Vous devez lire et comprendre intégralement tout le contenu de ce manuel d' utilisation avant d' utiliser l' exosquelette Ascentiz, y compris, sans s' y limiter, les procédures de fonctionnement de l' appareil, les modes de fonctionnement, les restrictions d' utilisation et tous les avertissements de sécurité.

Une utilisation incorrecte ou le non-respect de ce manuel d' utilisation peut entraîner des dommages à l' appareil, des chutes, des blessures corporelles ou d' autres risques imprévus

N' utilisez PAS ce produit dans l' une des circonstances suivantes :

- Blessure physique, inconfort, douleur ou contre-indications au mouvement
- Après avoir consommé de l' alcool ou pris des médicaments affectant l' équilibre ou la capacité de réaction
- En cas de fatigue extrême ou d' état mental défavorable

Remarque : Ce produit n' est PAS un jouet pour enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit afin d' éviter toute blessure accidentelle.

1.2 Caractéristiques médicales et déclaration de responsabilité

Le système exosquelette Ascentiz est un dispositif d' assistance portable destiné à faciliter les activités quotidiennes et à améliorer l' expérience de mouvement. Il ne s' agit PAS d' un dispositif médical et il ne fournit ni diagnostic, ni traitement, ni rééducation, ni aucun substitut à une intervention médicale.

Ce produit n' est PAS destiné aux fins suivantes et ne doit PAS être utilisé aux fins suivantes :

- Diagnostic médical
- Traitement de maladies ou entraînement de rééducation
- Remplacer les conseils ou les plans de traitement des médecins, thérapeutes de rééducation ou de tout professionnel de santé
- Aider les utilisateurs à maintenir l' équilibre de la marche ou de la station debout, à supporter le poids du corps, à prévenir les chutes ou à soulager la douleur

CE PRODUIT N' EST PAS ADAPTÉ AUX SCÉNARIOS OÙ UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX GRAVES.

Si vous présentez l' une des affections suivantes, vous devez consulter un professionnel de santé qualifié :

- Dysfonctionnement des membres inférieurs
- Affections du système nerveux, des os ou des muscles
- Période de récupération post-opératoire
- Tout autre problème de santé susceptible d' affecter une utilisation sécuritaire

⚠ **Déclaration de responsabilité de l' utilisateur : L' utilisateur doit évaluer indépendamment les risques associés à l' utilisation de ce produit et assume l' entière responsabilité de son utilisation et de toute conséquence en découlant. Ascentiz décline toute responsabilité pour tout risque ou conséquence résultant de l' utilisation de ce produit par l' utilisateur à des fins médicales, de rééducation ou thérapeutiques.**

§ 1.3 Environnement d' utilisation et rappels concernant les groupes d' utilisateurs

1.3.1 Destination du produit et champ d' application

⚠AVERTISSEMENT

- Ce produit est un dispositif d' assistance portable externe, adapté uniquement à la marche quotidienne, aux déplacements et aux activités d' intensité légère à modérée.
- Ce produit ne garantit PAS l' amélioration, la restauration ou le remplacement de la fonction des membres inférieurs humains.
- L' effet d' assistance peut varier en fonction de l' état physique individuel, du mode d' utilisation et des conditions environnementales.

- Veuillez n' utiliser l' exosquelette Ascentiz que dans les applications et scénarios sportifs officiellement présentés, promus ou vérifiés.
- Les activités en montagne sont des expériences de plein air individuelles influencées par la condition physique, le terrain et les facteurs environnementaux qui peuvent causer des blessures ou des accidents dans certaines conditions. Assurez-vous de disposer d' un guidage d' itinéraire fiable, d' une préparation adéquate et de mesures de sécurité lors du choix des destinations et des itinéraires.

1.3.2 Restrictions relatives aux véhicules et véhicules à moteur (scénarios à haut risque)

- Il est interdit d' activer toute fonction d' assistance de ce produit lors de la conduite de TOUT véhicule à moteur (y compris voitures, motos) ou de l' utilisation de machines lourdes.
- Lors de la conduite de véhicules à grande manœuvrabilité tels que les motos, l' activation de l' assistance peut affecter le contrôle fin des membres inférieurs, l' équilibre et la réponse d' urgence.
- Veuillez respecter les réglementations pertinentes de votre pays ou région. N' utilisez PAS ce produit en conduisant. Gardez à l' esprit que la sécurité de la conduite est primordiale — n' engagez jamais aucune activité susceptible de provoquer une distraction.

1.3.3 Situations de port conditionnellement autorisées (sans assistance)

Le port de ce produit est autorisé — mais la fonction d' assistance ne doit PAS être activée — lorsque TOUTES les conditions suivantes sont simultanément remplies. Une telle utilisation n' est pas considérée comme une utilisation incorrecte :

- L' appareil est en état d' arrêt ou de pause ;
- L' utilisateur est un conducteur qualifié ;
- L' environnement est contrôlé et à faible risque (par ex. exposition, tournage, routes fermées ou non publiques) ;
- Aucun déplacement à grande vitesse, freinage d' urgence ou interactions de circulation complexes.

1.3.4 Avis relatif aux passagers et aux transports publics

- Lorsque vous voyagez en tant que passager dans tout transport public ou privé, l' appareil doit être éteint ou mis en pause. L' activation de l' assistance pendant que le véhicule est en mouvement est strictement interdite.
- Les appareils sans fil peuvent interférer avec les systèmes de vol des aéronefs. Respectez les réglementations des compagnies aériennes et n' utilisez PAS ce produit là où les appareils sans fil sont interdits.

1.3.5 Restrictions environnementales

N' utilisez PAS ce produit dans les environnements suivants :

- Surfaces mouillées, glissantes ou instables

- Terrain extrêmement accidenté ou inégal
- Environnements présentant un risque évident de chute ou de perte d' équilibre
- Hôpitaux/établissements de santé, stations-service, écoles, garages professionnels ou intérieur d' un aéronef
- Environnements à forte électricité statique ou à champ magnétique intense

1.3.6 Restrictions de population et rappels de santé

Ne convient pas à :

1. Les enfants de moins de 18 ans doivent être constamment supervisés par des adultes. Tenir à l' écart des animaux de compagnie et des jeunes enfants
2. Femmes enceintes
3. Personnes ayant consommé de l' alcool ou pris des drogues affectant le comportement
4. Personnes souffrant de troubles de la mobilité, ou présentant des problèmes d' équilibre ou de capacité de mouvement, ou dont la capacité d' équilibre serait altérée par l' exosquelette Ascentiz
5. Personnes ne répondant pas aux conditions d' adaptation corporelle (auto-évaluation disponible via l' application Ascentiz+ ou la page produit)
6. Convient uniquement à des morphologies adultes spécifiques — non adapté aux morphologies trop grandes ou trop petites. Une utilisation hors de cette plage peut entraîner un fonctionnement anormal du produit et un risque de blessure corporelle

SI VOUS SOUFFREZ DE PROBLÈMES MÉDICAUX PRÉEXISTANTS, ÊTES EN PÉRIODE DE RÉCUPÉRATION POST-OPÉRATOIRE OU PRÉSENTEZ D' AUTRES LIMITATIONS PHYSIQUES, CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ QUALIFIÉ AVANT UTILISATION.

Conseil de port : Portez les sangles et les bandes de jambe par-dessus les vêtements pour éviter les blessures pendant l' exercice. Ne permettez pas le contact direct entre le produit et la peau afin d' éviter les irritations cutanées ou les blessures.

1.3.7 Situations anormales et déclaration de responsabilité

- En cas d' inconfort, de douleur, de perte d' équilibre ou de sensation anormale pendant l' utilisation, cessez immédiatement d' utiliser le produit.
- En cas de problème cutané, cessez d' utiliser le produit. Consultez un médecin si le problème persiste.
- Nettoyez régulièrement les produits Ascentiz.
- Ascentiz décline toute responsabilité pour toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte, un dépassement de la destination de conception du produit, le non-respect des avertissements de cette section ou l' ignorance des conseils médicaux professionnels.

§ 1.4 Sensibilisation aux risques et déclaration des limites d' utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

L' utilisateur doit comprendre et reconnaître pleinement les éléments suivants :

- **Ce produit fournit une assistance UNIQUEMENT dans ses conditions de fonctionnement prévues par la conception et dans le champ défini dans le présent manuel ;**
- **Une utilisation incorrecte peut augmenter le risque de chutes, d' entorses ou d' autres blessures corporelles ;**
- **Ascentiz n' est PAS responsable de tout risque ou conséquence résultant de l' utilisation de ce produit à des fins médicales, de rééducation ou thérapeutiques ;**
- **Faites preuve de prudence avant une première utilisation dans tout environnement extérieur présentant des risques potentiels en l' absence de respect des instructions du manuel.**

⚠ Pour réduire le risque de blessure, lisez et respectez TOUS les indicateurs « AVERTISSEMENT », « PRÉCAUTION » et « REMARQUE » dans tout le présent manuel. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles graves.

§ 2 Sécurité de port et de fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT

· Avant de porter l'appareil, vous DEVEZ vous assurer que l'appareil est complètement éteint. Porter l'appareil lorsqu'il est sous tension peut provoquer l'activation accidentelle de la fonction d'assistance, entraînant un fonctionnement inattendu de l'appareil, une perte d'équilibre, des chutes ou des blessures corporelles.

· L'exosquelette Ascentiz adopte une conception coordonnée symétrique. Lors de l'utilisation des modules de hanche (Ascentiz-H), les modules de hanche gauche et droit DOIVENT être installés simultanément ; le port indépendant unilatéral n'est PAS pris en charge. Les modules de genou (Ascentiz-K) prennent en charge le port unilatéral ; lorsqu'ils sont portés sur les deux jambes, ils DOIVENT être à la même hauteur. Le non-respect de cette consigne entraînera une sortie d'assistance asymétrique, ce qui peut provoquer un déséquilibre sévère et des blessures liées aux chutes.

· Veuillez suivre strictement les instructions « Exo-Belt Size Adjustment » et de port du Manuel du produit correspondant à votre type de module pour ajuster la taille et positionner l'appareil lors du port de l'exosquelette :
  – Modules de hanche (Ascentiz-H) : alignez les 2e–3e articulations lombaires sur le côté avant avec l'articulation de la hanche sur le côté du corps, afin que les modules de hanche restent parallèles aux articulations de la hanche humaine, fournissant un chemin de transmission de force raisonnable et empêchant les bielles de supporter des contraintes supplémentaires.
  – Modules de genou (Ascentiz-K) : la plaque de cuisse et la plaque de mollet doivent épouser l'arrière de la jambe, le moteur étant sur le côté extérieur du genou, au niveau de l'articulation ; les sangles de jambe doivent entourer complètement la jambe sans torsion ni pli, ni trop lâches ni trop serrées. Une déviation positionnelle ou un mauvais ajustement des sangles peut provoquer un déplacement de l'appareil, une sortie d'assistance anormale, une perte d'équilibre et des chutes ; une utilisation prolongée mal alignée peut également endommager ou rompre les bielles ou les plaques de jambe.

· Veuillez suivre strictement la procédure de port du Manuel du produit. Ce n'est qu'après avoir confirmé que tous les composants (Exo-Belt, modules et sangles) sont correctement portés et solidement fixés que vous pouvez allumer l'appareil. Pendant la mise sous tension et l'auto-vérification du système, gardez votre corps droit et immobile. Ne réglez et ne remplacez PAS les sangles ni aucun composant mécanique lorsque l'appareil est sous tension.

· Avant de retirer l'appareil, vous DEVEZ vous assurer que l'appareil est complètement éteint. Retirer l'appareil lorsqu'il est sous tension peut déclencher une sortie d'assistance inattendue, entraînant des blessures corporelles.

· Ne PAS démarrer l'appareil lorsqu'il n'est pas porté. Maintenez l'appareil à l'écart du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
· Faire tomber, brûler, percer, écraser, démonter ou exposer l'appareil à des températures élevées, des liquides ou des produits chimiques industriels à forte concentration (y compris le placement à proximité de gaz liquéfiés évaporatifs tels que l'hélium) endommagera ou détruira le produit, ou causera des blessures corporelles. N'utilisez PAS de produits Ascentiz endommagés.

§ 3 Sécurité batterie et charge

⚠AVERTISSEMENT

Règles de charge de base :

- Chargez rapidement lorsque le niveau de batterie est bas ;
- En condition de batterie faible, l' appareil peut réduire sa puissance ou passer en mode protection ;
- Ne continuez PAS à utiliser ou charger une batterie manifestement surchauffée, gonflée ou endommagée ;
- Utilisez UNIQUEMENT l' équipement et les câbles de charge fournis officiellement ou répondant aux exigences spécifiées ;
- La charge de la batterie est autorisée UNIQUEMENT dans une plage de température ambiante de 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) ;
- Les adaptateurs secteur doivent être conformes aux normes de sécurité locales/nationales et aux normes régionales/internationales, y compris IEC 60335-1 (Norme internationale de sécurité des équipements de technologies de l' information). L' utilisation d' adaptateurs tiers non conformes peut causer des blessures.

Avertissements spécifiques aux batteries lithium-ion :

- Les exosquelettes Ascentiz contiennent des batteries lithium-ion avec des produits chimiques potentiellement dangereux ;
- N' utilisez PAS ce produit à proximité de sources de chaleur telles que feu ou appareils de chauffage ;
- Si possible, assurez-vous que la batterie est entièrement déchargée avant de la déposer dans des points de recyclage désignés ;
- Pour plus de détails, suivez les lois et réglementations locales relatives à l' élimination des batteries.

Protection contre l' humidité et l' eau :

- N' immergez PAS le produit ou la batterie dans l' eau. Pendant le transport, le stockage ou l' utilisation, évitez l' exposition à des pluies torrentielles ou à des précipitations prolongées ;
- Si les bornes métalliques, les ports de charge, le chargeur ou le hub sont mouillés, ne chargez PAS le produit. Nettoyez avec un chiffon sec pour éviter les risques d' électrocution, de brûlures ou d' incendie ;
- La charge dans des environnements humides peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou une perte matérielle.

Interdiction de modification et d' accessoires :

- Ne modifiez PAS, n' endommagez PAS, n' altérez PAS et ne démontez PAS la batterie ou l' appareil de quelque manière que ce soit ;
- N' utilisez PAS de chargeurs ou d' équipements endommagés ou modifiés ;
- N' utilisez PAS de composants ou d' accessoires de fabricants non autorisés — cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles ;
- Contactez les équipes de support technique autorisées ou les partenaires pour l' installation et les informations connexes.

§ 4 Traitement des défauts et des anomalies

⚠AVERTISSEMENT

Vous devez cesser immédiatement d' utiliser ce produit si L' UN des événements suivants se produit :

1. Le voyant LED du boîtier de contrôle affiche un état de défaut rouge ;
2. L' appareil présente des vibrations anormales continues, une absence de réponse ou des sons anormaux ;
3. La sortie d' assistance est anormale, incontrôlable ou clairement incohérente avec les attentes ;
4. Le produit dégage une odeur de brûlé ou de la fumée ;
5. Le produit cesse de fonctionner de manière anormale de l' extérieur ;
6. Dommage aux composants internes détecté ;
7. Le produit émet un bruit anormal ou une émission de lumière inhabituelle.

Veuillez appuyer longuement sur le bouton d' alimentation pour éteindre l' appareil ou retirer la batterie pour couper l' alimentation, et contacter le service après-vente autorisé ou le support technique. Ne continuez PAS à utiliser l' appareil tant que le problème n' a pas été confirmé et résolu.

§ 5 Interférences électromagnétiques

⚠AVERTISSEMENT

Les exosquelettes Ascentiz contiennent des composants qui émettent des champs électromagnétiques et des équipements sans fil. Ces champs électromagnétiques et ces aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d' autres équipements médicaux.

Vous DEVEZ prendre les précautions suivantes :

- Maintenez les équipements médicaux à une distance de sécurité des produits Ascentiz ;
- Consultez votre médecin ou le fabricant de votre équipement médical pour plus d' informations sur votre équipement médical spécifique ;
- Si vous n' êtes pas sûr que les produits Ascentiz interfèrent avec votre stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre équipement médical, ARRÊTEZ de les utiliser immédiatement ;

- Si l' un des éléments ci-dessus s' applique, cessez d' utiliser l' exosquelette Ascentiz. N' utilisez PAS ce produit dans des environnements à forte électricité statique ou à champ magnétique intense.

§ 6 Conditions environnementales et de stockage

Température de fonctionnement :

- Température de fonctionnement de l' appareil : -20 °C à 60 °C, humidité 20 % à 70 %.
- Température de stockage de l' appareil : 0 °C à 40 °C. Des températures excessivement hautes ou basses peuvent dégrader la qualité et même endommager les produits et les batteries.
- Température de fonctionnement du chargeur : 5 °C à 40 °C. Les températures hors de cette plage empêcheront la charge ou causeront des dommages à l' appareil.

Orages : N' utilisez PAS ce produit pendant les orages pour éviter l' électrocution ou des dommages.

Élimination de l' emballage : L' emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l' environnement et peut être éliminé dans les installations de recyclage locales. Notez l' étiquetage et séparez les composants matériels si nécessaire. Codes matériaux : 1–7 = plastiques, 20–22 = papier/carton, 80–98 = composites.

§ 7 Élimination et recyclage

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES : SUIVEZ TOUJOURS LES RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES LORS DE L' ÉLIMINATION D' APPAREILS ÉLECTRONIQUES.

- Éliminez les batteries UNIQUEMENT dans les conteneurs de recyclage désignés, et UNIQUEMENT après qu' elles ont été entièrement déchargées ;
- Ne JAMAIS éliminer les batteries dans les conteneurs d' ordures ménagères courantes ;
- Respectez strictement les réglementations locales relatives à l' élimination et au recyclage des batteries ;
- Si une batterie ne peut pas être mise sous tension après décharge, éliminez-la immédiatement
  en suivant les procédures de recyclage appropriées ;
- Si la batterie ne peut pas être entièrement déchargée, contactez une agence professionnelle d' élimination ou de recyclage de batteries.

Symbole de conformité : Le symbole (avec ou sans barre pleine) sur l' appareil, les batteries (le cas échéant) et/ou l' emballage indique que l' appareil et les accessoires électriques (par ex. hub, câbles) et les batteries ne doivent PAS être éliminés comme ordures ménagères. Pour un recyclage en toute

sécurité, utilisez les systèmes locaux de reprise et de collecte, ou contactez le revendeur où l' achat a été effectué.

Cet appareil et tous les accessoires électriques sont conformes aux règles d' application locales restreignant certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que EU REACH, ROHS et les réglementations sur les batteries (le cas échéant), etc.

§ 8 Conformité réglementaire

FCC Compliance:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas causer d' interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue. Testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques de classe B de la partie 15. En cas d' interférences nuisibles, réorientez ou déplacez l' antenne de réception, augmentez la séparation, connectez l' appareil à une prise sur un circuit différent, ou consultez le revendeur ou un technicien.

Exposition aux rayonnements RF de la FCC : Conforme aux limites d' exposition aux rayonnements de la FCC pour les environnements non contrôlés. L' émetteur ne doit PAS être coimplanté ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

EU/UK Conformance : Déclaré conforme à la directive 2014/53/UE et au UK Radio Equipment Regulations 2017. Conforme à la directive 2011/65/UE et aux réglementations ROHS 2012 sur la restriction des substances dangereuses. Limite de puissance de la bande Bluetooth : <4 dBm (2402–2480 MHz). Déclaration de conformité UE complète disponible sur le site Web de l' entreprise.

ISED Compliance:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS exemptes de licence d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d' interférences ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésiré de l' appareil.

Cet équipement est conforme aux limites DAS pour l' exposition de la population générale/non contrôlée spécifiées dans le CNR-102 et a été testé conformément aux procédures de mesure spécifiées dans le CNR-102. La valeur DAS maximale rapportée est inférieure au seuil d' exclusion de l' ICNIRP, et l' appareil est exempté de l' évaluation de routine du DAS.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ICNIRP applicables au grand public et a été testé conformément aux procédures de mesure spécifiées dans le CNR-102. La valeur DAS maximale rapportée est inférieure au seuil d'exclusion de l'ICNIRP, et l'appareil est exempté de l'évaluation de routine du DAS.

Ascentiz n' est pas responsable des interférences radio causées par des modifications non autorisées de cet équipement. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Ascentiz pourraient annuler le droit de l' utilisateur d' utiliser l' équipement.

Spécifications de fréquence radio (RF)
Fonction RF : BLE
Bande de fonctionnement / Fréquence : 2402-2480 MHz
Puissance de sortie maximale : 4 dBm

⊘Absolument interdit :

- Activation de l' assistance lors de la conduite de véhicules à moteur / utilisation de machines lourdes
- Utilisation sur surfaces mouillées, terrain extrême, pendant les orages
- Utilisation sans surveillance par des mineurs ; utilisation par des femmes enceintes
- Utilisation après consommation d' alcool/drogues ; utilisation par des personnes souffrant de
  troubles de la mobilité
- Utilisation de chargeurs/accessoires non d' origine
- Utilisation continue lorsque la batterie est surchauffée/gonflée
- Utilisation à proximité de stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou autres équipements médicaux

☑ Réponse d'urgence en cas de défaut (3 étapes) :

1. ARRÊTEZ immédiatement d' utiliser le produit
2. Maintenez le bouton d' alimentation enfoncé pour éteindre OU retirez la batterie pour couper l' alimentation
3. Contactez le service après-vente autorisé ou le support technique